

Rozeznanie rynku – zapytanie o cenę – sprzęt medyczny

SAR Spółka Jawna podejmuje działania zaplanowane w ramach projektu „Przyjazny DDOM” w ramach Działania 5.2 POWR. Jest to projekt pilotażowy, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia, polegający na utworzeniu i funkcjonowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bytomiu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany zakres zakupów:

1. kozetki medyczne – prosta, stabilna, funkcjonalna, lekka konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej - 4 sztuki
2. kozetka do EKG - prosta, stabilna, funkcjonalna, lekka konstrukcja drewniana, blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej - 1 sztuka
3. lampa bakteriobójcza - z jednym promiennikiem, charakteryzują się bardzo dużą skutecznością działania, napięcie zasilania – 230V, 50 Hz; moc promienników – 1x30W; trwałość promienników minimum 8000h; natężenie promieniowania z odległości 1 m - 300 μ W/cm²; stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym; waga do 10 kg.
4. zestaw resuscytacyjny Ambu (maska ustna z zaworem zwrotnym i ustnikiem, maska tlenowa, inhalator tlenowy, rozwieracz szczękowy, rurka gardłowa);
Objętość worków resuscytatora/wdech: około 1500/1200 ml dla dorosłych
Objętość worka rezerwuaru tlenu: ok. 2500 ml - model dla dorosłych
Zawór ograniczający ciśnienie: 60 \pm 10 cm H₂O - model dla dorosłych
Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15 mm
stężenie (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) model dla dorosłych i dzieci: 90 - 95%;
Temperatura pracy: -18°C - 50°C
Temperatura przechowywania: -40°C - 50°C

Urządzenia powinny być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Miejsce dostawy: „Przyjaznego DDom” Sar Spółki Jawnej Bytom ul. Chorzowska 14. Przewidywana forma płatności – przelew 21 dni. Sprzęt odbieramy na podstawie protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości zamówienia. Zamawiaczy zastrzega sobie możliwość zakupu partiami planowanego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Prosimy o przesłanie oferty z cenami brutto, a w cenie uwzględnić wszystkie swoje koszty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 509 252 582.

Proszę o przekazanie informacji z ceną do dnia 02.09.2016r do godz 15.00 na adres mail: biuro@promed.bytom.pl lub o dostarczenie oferty do siedziby : Sar Spółka Jawna , 41- 910 Bytom ul. Chorzowska 14.

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

rozeznania rynku – zapytanie o cenę – sprzęt rehabilitacyjny

Dane firmy (nazwa, adres) składającej ofertę:

.....
.....

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

lp	nazwa urządzenia	liczba szt.	cena brutto	uwagi
1	kozetki medyczne	4		
2	kozetka do EKG	1		
3	lampa bakteriobójcza	1		
4	zestaw resuscytacyjny Ambu	1		

.....